Aplikace škrtidla T-RING:

1) Nasuňte na prst.



2) Krvácení zastaveno.*
Proveďte proceduru.

Možnosti odstranění škrtidla T-RING:

1) Stáhněte škrtidlo T-Ring z prstu, NEBO
2) Uchopte chlopně „A“…



…POTÉ roztáhněte a

NEBO
3) Uchopte, POTÉ přestřihněte a odstraňte



V případě větších ran či deformit:

1) Před aplikací uchopte škrtidlo T-RING.
2) Roztáhněte otvor, než se dostanete přes ránu, poté škrtidlo posuňte ke kořeni prstu.
3) Před odstraněním roztáhněte nebo přestřihněte.

* Neaplikujte, pokud hrozí další poranění tkáně.
* Doba aplikace nesmí být delší než 90 minut.
* Nepoužívejte, je-li balení poškozené

LATEX STERILE R 2862

Precision Medical Devices, LLC
153 WAvenida De Las Flores
Thousand Oaks, CA 91360, USA

EU REP

Atlantico Systems Ltd.
34 Oldfield, Kingston
CO. Galway, Ireland