INSTRUCTIONS FOR USE: FRENCH

Application du T-RING :

1) Faites glisser sur le doigt.

2) Saignement arrêté *
Procédez à l'intervention.

:Options de retrait du T-RING

1) Faites glisser le T-RING hors du doigt, OU

2) Cassez-le en appuyant l'étirant contre les languettes "A"...

...PUIS tirez en retirer

OU

3) Cassez-le, PUIS coupez pour retirer

Pour lambeaux importants ou déformations

1) Cassez le T-RING avant l'application
2) Étirez pour agrandir l'ouverture jusqu'à ce qu'elle passe la plaie, puis faites glisser jusqu'à la base du doigt.
3) Étirez ou coupez pour le retirer.

* Ne pas appliquer si risque de dommages supplémentaires aux tissus.
* L'application ne doit pas dépasser 90 minutes.
* Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

LATEX STERILE R 2862

Precision Medical Devices, LLC
153 W Avenida De Las Flores
Thousand Oaks, CA 91360, USA

EU REP Atlantico Systems Ltd.
34 Oldfield, Kingston
CO. Galway, Ireland

System