T-RING-Anwendung:

1)Auf Ziffer schieben.



2) Blutung gestoppt.* Verfahren durchführen.

T-RING-Entfernungsoptionen:

1) Schieben Sie den T-Ring aus der Ziffer, ODER ,
2) Einrasten durch Drücken gegen die Laschen "A"...

.....DANN strecken und entfernen



ODER

3) Einrasten, DANN schneiden zum Entfernen



Bei großen Klappen oder Verformungen:

1) T-RING vor der Anwendung einrasten lassen.
2) Strecken, um die Öffnung bis zur letzten Wunde zu vergrößern, und dann zur Basis des Fingers gleiten.
3) Zum Entfernen strecken oder schneiden.

* Nicht anwenden, wenn die Gefahr einer Schädigung des Gewebes besteht.
* Die Anwendung darf 90 Minuten nicht überschreiten.
* Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

LATEX STERILE R 2 CE 2862

Precision Medical Devices, LLC
153 W Avenida De Las Flores
Thousand Oaks, CA 91360, USA

EU REP Atlantico Systems Ltd.
34 Oldfield, Kingston
CO. Galway, Ireland