INSTRUCTIONS FOR USE: ITALIAN

Applicazione del T-RING:

1) Far scorrere sul dito.

2) Emorragia fermata.*
Esecuzione della procedura.

Opzioni per la rimozione del T-RING:

1) Far scorrere il T-RING sul dito,
OPPURE
2) Rompere premendo contro le linguette "A"...

...QUIND tendere e rimuovere

OPPURE

3) Rompere, QUINDI tagliare per rimuovere.



Per grandi lembi di pelle o deformità:

1) Rompere il T-RING prima dell'applicazione.
2) Tendere per allargare l'apertura oltre la ferita, quindi far scorrere fino alla base del dito.
3) Tendere o tagliare per rimuovere..

* Non applicare in caso di rischio di ulteriore danno ai tessuti.
* * Application not to exceed 90 minutes.
* Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata.

LATEX STERILE R 2862

Precision Medical Devices, LLC
153 W Avenida De Las Flores
Thousand Oaks, CA 91360, USA

EU REP Atlantico Systems Ltd.
34 Oldfield, Kingston
CO. Galway, Ireland

System Se