Aplicación del T-RING:

1) Deslícelo sobre el dedo.

2) Se ha detenido la hemorragia. * Realice el procedimiento.

Modos de extracción del T-RING:

1) Deslice el T-Ring para sacarlo del dedo,

O

2) Rómpalo presionando las pestañas "A"...
...DEPUÉS estírelo y retírelo.



O

3) Rómpalo y luego córtelo para retirarlo.

Para heridas grands o deformidades:

1) Rompa el T-RING antes de colocarlo.
2) Estírelo para agrandarlo y lograr que pase por la herida, a continuación deslícelo hasta la base del dedo
3) Estírelo para retirarlo.



* No utilizar si existe el riesgo de aumentar el daño tisular o el riesgo de lesión.
* No usar por más de 90 minutos.
* No utilizar si el empaque está dañado..

MD LATEX STERILE R CE 2862

Precision Medical Devices, LLC
153 W Avenida De Las Flores
Thousand Oaks, CA 91360, USA

EU REP

Atlantico Systems Ltd.
34 Oldfield, Kingston
CO. Galway, Ireland